

Załącznik nr 3 do SWZ

Opis Techniczny (OPZ)

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności:

- 1) Stół do badań - szt. 9;
- 2) Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1;
- 3) Podnośnik jezdny – 1 szt;
- 4) Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych – 1 szt.

Ad. 1)

Stół do badań - szt. 9:

Nazwa producenta: (należy podać)

Nazwa i typ: (należy podać)

Rok produkcji: (należy podać)

L.p.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Fabrycznie nowy/e	Spełnia / Nie spełnia ¹
2.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia ²
3.	trzyczęściowy wielofunkcyjny; .	Spełnia / Nie spełnia ³
4.	elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji umożliwiający umieszczenie pacjenta do minimalnego poziomu 46 cm i umożliwiający umieszczenie pacjenta w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga;	Spełnia / Nie spełnia
5.	trzy sekcyjny z zagłówkiem;	Spełnia / Nie spełnia
6.	regulacja zagłówka i podnóżka;	Spełnia / Nie spełnia
7.	system kółek jezdnych oraz hamulce blokujące koła;	Spełnia / Nie spełnia
8.	obciążenie do min. 260kg;	Spełnia / Nie spełnia
9.	wymiary: (długość: min. 186 cm, max.200cm; szerokość: min. 60 cm max. 65cm);	Spełnia / Nie spełnia
10.	uchwyt na ręcznik papierowy.	Spełnia / Nie spełnia

¹ Niewłaściwe skreślić

² Niewłaściwe skreślić

³ Niewłaściwe skreślić

Ad. 2)

Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1:

Nazwa producenta: (należy podać)

Nazwa i typ: (należy podać)

Rok produkcji: (należy podać)

L.p.	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Fabrycznie nowy/e	Spełnia / Nie spełnia ⁴
2.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia ⁵
3.	wysokość regulowana pilotem;	Spełnia / Nie spełnia ⁶
4.	oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych;	Spełnia / Nie spełnia ⁷
5.	regulowane podłokietniki;	Spełnia / Nie spełnia ⁸
6.	podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych.	Spełnia / Nie spełnia ⁹

Ad. 3)

Podnośnik jezdny - szt. 1:

Nazwa producenta: (należy podać)

Nazwa i typ: (należy podać)

Rok produkcji: (należy podać)

1.	Fabrycznie nowy/e	Spełnia / Nie spełnia ¹⁰
2.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia ¹¹

⁴ Niewłaściwe skreślić

⁵ Niewłaściwe skreślić

⁶ Niewłaściwe skreślić

⁷ Niewłaściwe skreślić

⁸ Niewłaściwe skreślić

⁹ Niewłaściwe skreślić

¹⁰ Niewłaściwe skreślić

¹¹ Niewłaściwe skreślić

3.	transport pacjenta w pozycji stojącej;	Spełnia / Nie spełnia ¹²
4.	elektryczna regulacja wysokości;	Spełnia / Nie spełnia ¹³
5.	regulacja rozstawu ramion jezdnych;	Spełnia / Nie spełnia ¹⁴
6.	udźwig do min. 170 kg;	Spełnia / Nie spełnia ¹⁵
7.	regulacja szerokości podstawy – zakres regulacji: min. 54cm - 95cm;	Spełnia / Nie spełnia ¹⁶
8.	zakres podnoszenia min. od 72cm do 165 cm.	Spełnia / Nie spełnia ¹⁷

Ad. 4)

Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych - szt. 1:

Nazwa producenta: (należy podać)

Nazwa i typ: (należy podać)

Rok produkcji: (należy podać)

1.	Fabrycznie nowy/e	Spełnia / Nie spełnia ¹⁸
2.	Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia ¹⁹
3.	podnośnik jezdny;	Spełnia / Nie spełnia ²⁰
4.	podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi;	Spełnia / Nie spełnia ²¹
5.	elektryczna regulacja rozstawu nóg;	Spełnia / Nie spełnia ²²
6.	regulacja podstawy od min. 55 cm. do 92cm;	Spełnia / Nie spełnia ²³
7.	zakres podnoszenia min. od: 44 cm do 178 cm;	Spełnia / Nie spełnia ²⁴
8.	waga podnośnika do 70kg;	Spełnia / Nie spełnia ²⁵
9.	udźwig do min. 175 kg.	Spełnia / Nie spełnia ²⁶

¹² Niewłaściwe skreślić

¹³ Niewłaściwe skreślić

¹⁴ Niewłaściwe skreślić

¹⁵ Niewłaściwe skreślić

¹⁶ Niewłaściwe skreślić

¹⁷ Niewłaściwe skreślić

¹⁸ Niewłaściwe skreślić

¹⁹ Niewłaściwe skreślić

²⁰ Niewłaściwe skreślić

²¹ Niewłaściwe skreślić

²² Niewłaściwe skreślić

²³ Niewłaściwe skreślić

²⁴ Niewłaściwe skreślić

²⁵ Niewłaściwe skreślić

²⁶ Niewłaściwe skreślić