

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5 Zadań (...) realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276985281

1.4.) **Adres zamawiającego:**

1.4.1.) **Ulica:** ul. Plac Wolności 23

1.4.2.) **Miejscowość:** Ogrodzieniec

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 42-440

1.4.4.) **Województwo:** śląskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 32 6732021 wew. 24

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** grzanka.aneta@gmail.com

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00233566/01

2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-10-18 08:17

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00216962/02

3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, tj:

- Stół do badań - szt. 9:

1. Fabrycznie nowy/e

2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. trzyczęściowy wielofunkcyjny; .

4. elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji umożliwiający umieszczenie pacjenta do minimalnego poziomu 46 cm i umożliwiający umieszczenie pacjenta w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga;

5. trzy sekcyjne z zagłówkiem;

6. regulacja zagłówka i podnóżka;

7. system kółek jezdnych oraz hamulce blokujące koła;

8. obciążenie do min. 260kg;

9. wymiary: (długość: min. 186 cm, max.200cm; szerokość: min. 60 cm max. 65cm);

10. uchwyt na ręcznik papierowy.

- Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1;

1. Fabrycznie nowy/e

2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. wysokość regulowana pilotem;

4. oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych;

5. regulowane podłokietniki;

6. podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych.

7. wysokość regulowana pilotem;

- Podnośnik jezdny - szt. 1:

1. Fabrycznie nowy/e

2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. transport pacjenta w pozycji stojącej;

4. elektryczna regulacja wysokości;

5. regulacja rozstawu ramion jezdnych;

6. udźwig do min. 170 kg;

7. regulacja szerokości podstawy – zakres regulacji: min. 54cm - 95cm;

8. zakres podnoszenia min. od 72cm do 165 cm.

- Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych - szt. 1:

1. Fabrycznie nowy/e

2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. podnośnik jezdny;

4. podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi;

5. elektryczna regulacja rozstawu nóg;

6. regulacja podstawy od min. 55 cm. do 92cm;

7. zakres podnoszenia min. od: 44 cm do 178 cm;

8. waga podnośnika do 70kg;

9. udźwig do min. 175 kg.

Po zmianie:

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej

sprawności, tj:

- Stół do badań - szt. 9:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. trzyczęściowy wielofunkcyjny; .
4. elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji umożliwiający umieszczenie pacjenta do minimalnego poziomu 46 cm i umożliwiający umieszczenie pacjenta w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga;
5. trzy sekcyjny z zagłówkiem;
6. regulacja zagłówek i podnóżka;
7. system kółek jezdnych oraz hamulce blokujące koła;
8. obciążenie do min. 250kg;
9. wymiary: (długość: min. 186 cm, max.200cm; szerokość: min. 60 cm max. 65cm);
10. uchwyt na ręcznik papierowy.

- Fotel zabiegowy z wieszakiem na podkład- szt. 1;

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. wysokość regulowana pilotem;
4. oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych;
5. regulowane podłokietniki;
6. podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych.
7. wysokość regulowana pilotem;

- Podnośnik jezdny - szt. 1:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. transport pacjenta w pozycji stojącej;
4. elektryczna regulacja wysokości;
5. regulacja rozstawu ramion jezdnych;
6. udźwig do min. 150 kg;
7. regulacja szerokości podstawy – zakres regulacji: min. 56cm - 93cm;
8. zakres podnoszenia min. od 77 cm do 165 cm.

- Podnośnik z elektryczną regulacją wysokości i regulacją rozstawu ramion jezdnych - szt. 1:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. podnośnik jezdny;
4. podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi;
5. elektryczna regulacja rozstawu nóg;
6. regulacja podstawy od min. 55 cm. do 92cm;
7. zakres podnoszenia min. od: 44 cm do 178 cm;
8. waga podnośnika do 70kg;
9. udźwig do min. 175 kg.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Zadane nr 2:

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności:

Fotel ginekologiczny - 1 szt.:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. przeznaczenie: różne tryby zabiegów ginekologicznych;
4. elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji: min. od 86 cm do 106 cm;
5. sterowanie fotelem za pomocą ręcznego lub nożnego sterownika;
6. szerokość siedziska do min. 70 cm;
7. oparcie z elektryczną regulacją wysokości min. od 50 do 50o.
8. możliwość przesunięcia i podparcia nóg.

Po zmianie:

Zadane nr 2:

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności:

Fotel ginekologiczny - 1 szt.:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. przeznaczenie: różne tryby zabiegów ginekologicznych;
4. elektryczna regulacja wysokości - zakres regulacji: min. od 86 cm do 95 cm;
5. sterowanie fotelem za pomocą ręcznego lub nożnego sterownika;
6. szerokość siedziska do min. 70 cm;
7. oparcie z elektryczną regulacją wysokości min. od 50 do 50o.
8. możliwość przesunięcia i podparcia nóg.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)**

Przed zmianą:

Zadanie nr 3:

Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, tj:

- Fotel do pobierania krwi - 1 szt.:

1. Fabrycznie nowy/e
2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. stanowisko do pobierania krwi;
4. elektryczna regulacja wysokości – zakres regulacji min. od 58 cm do 87 cm;
5. regulacja kąta siedziska;
6. funkcja regulacji podłokietników (regulacja obrotu, wysokości oraz nachylenia);
7. wklęsły kształt podłokietników stabilizujący kończynę;
8. regulacja kąta oparcia pleców;
9. szerokość siedziska min. 60 cm;
10. dopuszczalne obciążenie do min. 180 kg;
11. wyposażony w system jezdny uruchamiany dźwignią nożną;
12. hydrauliczna regulacja oparcia i siedziska.

Po zmianie:

Zadanie nr 3:

Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności, tj:

- Fotel do pobierania krwi - 1 szt.:

1. Fabrycznie nowy/e

2. Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

3. stanowisko do pobierania krwi;

4. elektryczna regulacja wysokości – zakres regulacji min. od 60 cm do 85 cm;

5. regulacja kąta siedziska;

6. funkcja regulacji podłokietników (regulacja obrotu, wysokości oraz nachylenia);

7. wklęsły kształt podłokietników stabilizujący kończynę;

8. regulacja kąta oparcia pleców;

9. szerokość siedziska min. 60 cm;

10. dopuszczalne obciążenie do min. 180 kg;

11. wyposażony w system jezdny uruchamiany dźwignią nożną;

12. hydrauliczna regulacja oparcia i siedziska.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:

Zadanie nr 5:

Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny:

Fabrycznie nowy/e

Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

- Defibrylator AED - szt. 1:

1. zewnętrzny, publiczny defibrylator AED;

2. funkcja analizy rytmu serca i podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalającego przywrócić prawidłowy rytm serca;

3. odporny na pył i wilgoć;

4. dwufazowy impuls defibrylacyjny – energia dla dzieci i dorosłych;

5. energia wstrząsu: dzieci 50J / dorośli: 150J;

6. pojemność baterii: minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy;

7. elektrody oraz baterie litowe - żywotność baterii: min. 4 lata;

8. wbudowany metronom i polecenia głosowe umożliwiające prowadzenie akcji ratowniczej;

9. waga (do max. 2kg);

10. wyposażony w elektrody będące jednocześnie czujnikiem EKG;

11. elektrody do wykonania defibrylacji dla dzieci i dorosłych.

- Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny - szt. 10:

1. automatyczny, cyfrowy z wyświetlaczem LCD;

2. funkcja wykrywania objawów arytmii;

3. pomiar ciśnienia krwi i tętna;

4. pompowanie mankietu;

5. min. dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób;

6. pamięć wyników wraz z godziną i datą pomiaru;

7. ochrona przed nadmiernym napompowaniem mankietu;

8. automatyczna funkcja szybkiego spuszczenia powietrza;

9. standardowy mankiety na ramię;

10. zakres pomiarowy ciśnienia: od 0 do 300mmHg.

- Lampa Zabiegowa LED bezcieniowa+ statyw jezdny - szt. 6;

1. bezcieniowa;
2. technologia LED;
3. elastyczne ramię o długości min. 650 mm zapewniające swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach;
4. statyw jezdny;
5. wierne oddawanie kolorów (wysoka temperatura barwowa min. 5500 stopni K);
6. natężenie światła w odległości 30cm: min. 50.000 lux.

- Nosze transportowe - szt. 1:

1. składane w krzeselko;
2. wyposażone w pasy stabilizujące;
3. wymiary po rozłożeniu: 188x50x20 cm (+/-10cm);
4. wymiary po złożeniu: 104x55x22 cm (+/-10cm);
5. udźwig: min. 159 kg;
6. waga noszy: do max. 14kg.

- Spirometr - szt. 1:

1. ekran dotykowy kolorowy – min. 7 cali;
2. wyposażony w drukarkę termiczną – szerokość papieru min. 112 mm;
3. prezentacja krzywych przepływ - objętość w czasie rzeczywistym;
4. wbudowany system motywacyjny dla dzieci;
5. pomiar za pomocą cyfrowych turbin;
6. wewnętrzny czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45o;
7. możliwość korzystania z turbin jednorazowych i wielokrotnego użytku;
8. waga: do max. 3,5kg;
9. akumulator ładowany z sieci;
10. Wyświetlacz graficzny – min. 800 x 480 pixele.

- Waga elektroniczna do wózków inwalidzkich - szt. 1:

wyposażona w wytrzymałą poręcz;

uniwersalne zastosowanie;

czytelny wyświetlacz;

maksymalne obciążenie min. 300 kg;

funkcje: TARA, HOLD, BMIF.

- Waga kolumnowa ze wzrostomierzem - szt. 8:

1. wyposażona w rolki lub stopki;
2. wyposażona we wzrostomierz;
3. wyświetlacz;
4. obciążenie maksymalne: min. 200 kg;
5. zasilanie bateryjne i sieciowe;
6. wyposażona w zasilacz sieciowy;
7. wymiary: (szer. 294 x wys. 831 x gł. 417 mm) +/-10%;
8. wymiary platformy (szer. 272 x wys. 75 x 280 mm) +/-10%;
9. funkcje TARA ,HOLD, BMI;
10. wzrostomierz mierzący min. od 60 cm do 210 cm;
11. dokładność min. 100 g w całym zakresie pomiaru.

- Wózek Inwalidzki - szt. 2:

1. maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg;
2. szerokość użytkowa siedziska: min. 50 cm;
3. głębokość użytkowa siedziska: min. 40 cm;
4. szerokość całkowita wózka: max. 67 cm;
5. długość całkowita z podnóżkiem: 101cm (+/- 10 cm);
6. szerokość wózka po złożeniu: 27cm (+/- 5 cm);
7. wysokość oparcia: 45cm (+/- 3 cm);
8. średnica kół tylnych: 60 cm (+/- 2cm);

9. średnica kół przednich: 19 cm (+/- 2cm);
10. koła pełne;
11. waga wózka: do max. 18,5 kg;
12. składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej;
13. uchylne podłokietniki;
14. podnóżki odchylane i demontowane;
15. wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku;
16. ergonomiczne uchwyty z hamulcami;
17. kolor ramy – srebrny metalik;
18. antybakteryjne siedzisko i oparcie.

- Ciśnieniomierz stacjonarny - szt. 1:

1. pamięć pomiaru co najmniej 2 użytkowników;
2. zakres pomiaru: ciśnienie min. 30-280 mmHg; tętno min. 40-199 uderzeń na minutę;
3. wyświetlacz LCD;
4. dokładność ciśnienia min. +/-5%;
5. zasilanie bateryjne i sieciowe;
6. automatyczny.

- Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego - szt. 26:

Maska silikonowa, zapakowana w bezpieczny do przechowywania pojemnik.

Rozmiary:

Nr 0 - szt. 2;

Nr 1 - szt. 2;

Nr 2 - szt. 10;

Nr 3 - szt. 10;

Nr 4 - szt. 2.

- Otoskop światłowodowy z bezobsługowym oświetleniem LED - szt. 6:

1. transmisja jasnego (białego) światła;
2. min. 3-krotne powiększenie obiektywu obrotowego;
3. żarówka LED;
4. wytrzymałość diody LED (min. 50.000 godzin pracy);
5. oświetlenie pozwalające na nieprzerwaną pracę min. 10 godzin;
6. zasilanie bateryjne.

- Pulsoksymetr napalcowy - szt. 7:

1. przeznaczony dla dorosłych i dzieci;
2. pomiar SpO<sub>2</sub>;
3. wyświetlacz;
4. klipsowy na palec;
5. funkcja automatycznego wyłączenia się.

- Skaner naczyń krwionośnych - szt. 1:

1. lokalizacja żył powierzchniowych;
2. wbudowany ekran;
3. rejestracja naczyń powierzchniowych w czasie rzeczywistym;
4. różne tryby pracy;
5. min. 5-kolorów;
6. min. 4 poziomów jasności;
7. wbudowany akumulator umożliwiający użytkowanie niezależne od zasilania sieciowego;
8. ładowarka stacjonarna;
9. bateria litowo-jonowa;
10. czas pracy do min. 180 min. przy pełnym naładowaniu z włączonym podświetleniem żył;
11. czas ładowania: max. 3 godziny;
12. cyfrowy.

- Termometr bezdotykowy - szt. 8:

1. elektroniczny;
2. bezkontaktowy;

3. zakres pomiaru temp. ciała: min. od 32oC do 43 oC;
4. podświetlany wyświetlacz.
- Elektroniczna waga niemowlęca - szt. 1:
  1. nośność: min. 20 kg;
  2. podziałka: min. 5 g max.10 g < 10 kg > min. 10 g max. 20 g;
  3. funkcje min.: TARA, HOLD, BMIF;
  4. wyświetlacz LCD;
  5. automatyczne wyłączenie;
  6. zasilanie bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie).
- Elektrokardiograf - szt. 2:
  1. przenośny;
  2. aparat min. 12-kanałowy;
  3. wyświetlacz;
  4. klawiatura;
  5. możliwość przesyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć internet;
  6. urządzenie pozwala wykonać badanie EKG automatycznie oraz manualnie;
  7. drukowanie wybranej grupy;
  8. regulacja długości zapisu;
  9. umożliwiający zmianę ilości odprowadzeni;
  10. wyposażenie:
    - kabel do EKG KEKG,
    - elektrody przyssawkowe – 2 komplety,
    - elektrody kończynowe klipsowe – 2 komplety,
    - żel EKG 250g,
  11. walizka na sprzęt medyczny;
  12. umożliwiający wykonanie do min. 130 badań w trybie pracy akumulatorowej;
  13. wydruk w trybie: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy;
  14. kabel uziemiający w zestawie.
- Bilirubinometr - miernik żółtaczki dla noworodków - szt. 1:
  1. zasilanie za pomocą baterii lub za pomocą akumulatora;
  2. zakres pomiarowy od min. 0.0 mg/dl do 30.0 mg/dl;
  3. dokładność – nie gorsza niż 1,0 mg/dl dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/dl dla wartości bilirubiny powyżej normy;
  4. czas pomiaru max. 10 sekund;
  5. wyposażony w wyświetlacz LCD, baterie.
- Przewijak dla dzieci - szt. 2:
  1. przeznaczony do zabiegów pielęgnacyjnych;
  2. blat stolika zabezpieczony z trzech stron miękkim materiałem umożliwiającym dezynfekcję, wyposażony w wyjmowany materac;
  3. stelaż wykonany z wytrzymałych rur stalowych;
  4. wysokość całkowita: od min. 79cm do max. 91cm;
  5. szerokość blatu: od min. 80 cm do max. 100cm;
  6. głębokość całkowita blatu: od min. 65cm do max. 75 cm.
- Torba lekarza + wyposażenie, duża - szt. 3:
  1. pas nośny odpinany, regulowany z naramiennikiem;
  2. uszy spinane rączką;
  3. wnętrze torby wyposażone w przegrody i kieszenie;
  4. boczne kieszenie;
  5. min. 5 kieszonek w głównej komorze zamykanych na gumki;
  6. na kłapie min. 2 kieszenie zamykane na suwak;
  7. min. 2 boczne kieszenie, w których znajdują się przegrody segregacyjne zamykane na zamek;
  8. wyposażona w ruchome ampularium (min. 14 dużych i min. 22 małe ampułki);
  9. dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi stopkami;
  10. oznakowanie krzyż św. Andrzeja i taśma odblaskowa biała;



11. pojemność: min. 30 litrów;

12. ciężar: do 1 kg;

13. kolory: czerwony.

- Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości z podpórką odchylaną - szt. 2:

1. min. podwójna regulacja wysokości;

2. podpórka odchylana;

3. miękki uchwyt;

4. min. dwa odblaski;

5. nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową;

6. anodowane aluminium;

7. waga do max. 0,60 kg;

8. masa użytkownika do min. 130 kg.

- Stojak na kule - szt. 2:

1. stojak powinien pomieścić 25 szt. lasek/kul;

2. wykonany ze stali, malowany epoksydowo.

- Przewijak pielęgnacyjny - szt. 1:

1. przeznaczony do pielęgnacji pacjentów wymagających szczególnej opieki;

2. hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości;

3. koła z hamulcami lub antypoślizgowe stopki;

4. dane techniczne:

~ długość: 200 cm (+/- 10 cm),

~ wysokość regulowana: zakres regulacji min.: 49-90 cm,

~ szerokość stołu: 95-120 cm,

~ waga pacjenta – do min. 300 kg.

Ze względu na ogr. ilość znaków cd w sekcji Informacje dodatkowe oraz w sekcji Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po zmianie:

Zadanie nr 5:

Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny:

Fabrycznie nowy/e (dot. wszystkich sprzętów w Zad. 5)

Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. (dot. wszystkich sprzętów w Zad. 5).

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. (dot. wszystkich sprzętów w Zad. 5).

- Defibrylator AED - szt. 1:

1. zewnętrzny, publiczny defibrylator AED;

2. funkcja analizy rytmu serca i podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalającego przywrócić prawidłowy rytm serca;

3. odporny na pył i wilgoć;

4. dwufazowy impuls defibrylacyjny – energia dla dzieci i dorosłych;

5. energia wstrząsu: dzieci 50J / dorośli: 150J;

6. pojemność baterii: minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy;

7. elektrody oraz baterie litowe - żywotność baterii: min. 4 lata;

8. wbudowany metronom i polecenia głosowe umożliwiające prowadzenie akcji ratowniczej;

9. waga (do max. 2kg);

10. wyposażony w elektrody będące jednocześnie czujnikiem EKG;

11. elektrody do wykonania defibrylacji dla dzieci i dorosłych.

- Ciśnieniomierz naramienny elektroniczny - szt. 10:

1. automatyczny, cyfrowy z wyświetlaczem LCD;

2. funkcja wykrywania objawów arytmii;

3. pomiar ciśnienia krwi i tętna;

4. pompowanie mankietu;

5. min. dwa kanały pomiarowe dla dwóch osób;
  6. pamięć wyników wraz z godziną i datą pomiaru;
  7. ochrona przed nadmiernym napompowaniem mankietu;
  8. automatyczna funkcja szybkiego spuszczenia powietrza;
  9. standardowy mankiet na ramię;
  10. zakres pomiarowy ciśnienia: min. od 0 do 280mmHg.
- Lampa Zabiegowa LED bezcieniowa+ statyw jezdny - szt. 6;
1. bezcieniowa;
  2. technologia LED;
  3. elastyczne ramię o długości min. 650 mm zapewniające swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach;
  4. statyw jezdny;
  5. wierne oddawanie kolorów (wysoka temperatura barwowa min. 5500 stopni K);
  6. natężenie światła w odległości 30cm: min. 50.000 lux.
- Nosze transportowe - szt. 1:
1. składane w krzeselko;
  2. wyposażone w pasy stabilizujące;
  3. wymiary po rozłożeniu: 188x50x20 cm (+/-10cm);
  4. wymiary po złożeniu: 104x55x22 cm (+/-10cm);
  5. udźwig: min. 159 kg;
  6. waga noszy: do max. 14kg.
- Spirometr - szt. 1:
1. ekran dotykowy kolorowy – min. 7 cali;
  2. wyposażony w drukarkę termiczną – szerokość papieru min. 112 mm;
  3. prezentacja krzywych przepływ - objętość w czasie rzeczywistym;
  4. wbudowany system motywacyjny dla dzieci;
  5. pomiar za pomocą cyfrowych turbin;
  6. wewnętrzny czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45o;
  7. możliwość korzystania z turbin jednorazowych i wielokrotnego użytku;
  8. waga: do max. 3,5kg;
  9. akumulator ładowany z sieci;
  10. Wyświetlacz graficzny – min. 800 x 480 pixele.
- Waga elektroniczna do wózków inwalidzkich - szt. 1:
- wyposażona w wytrzymałą poręcz;
- uniwersalne zastosowanie;
- czytelny wyświetlacz;
- maksymalne obciążenie min. 300 kg;
- funkcje: TARA, HOLD, BMIF.
- Waga kolumnowa ze wzrostomierzem - szt. 8:
1. wyposażona w rolki lub stopki;
  2. wyposażona we wzrostomierz;
  3. wyświetlacz;
  4. obciążenie maksymalne: min. 200 kg;
  5. zasilanie bateryjne i sieciowe;
  6. wyposażona w zasilacz sieciowy;
  7. wymiary: (szer. 294 x wys. 831 x gł. 417 mm) +/-10%;
  8. wymiary platformy (szer. 272 x wys. 75 x 280 mm) +/-10%;
  9. funkcje TARA ,HOLD, BMI;
  10. wzrostomierz mierzący min. od 60 cm do 210 cm;
  11. dokładność min. 100 g w całym zakresie pomiaru.
- Wózek Inwalidzki - szt. 2:
1. maksymalna waga użytkownika: min. 120 kg;
  2. szerokość użytkowa siedziska: min. 50 cm;
  3. głębokość użytkowa siedziska: min. 40 cm;

4. szerokość całkowita wózka: max. 67 cm;
5. długość całkowita z podnóżkiem: 101cm (+/- 10 cm);
6. szerokość wózka po złożeniu: 27cm (+/- 5 cm);
7. wysokość oparcia: 45cm (+/- 3 cm);
8. średnica kół tylnych: 60 cm (+/- 2cm);
9. średnica kół przednich: 19 cm (+/- 2cm);
10. koła pełne;
11. waga wózka: do max. 18,5 kg;
12. składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej;
13. uchylne podłokietniki;
14. podnóżki odchylane i demontowane;
15. wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku;
16. ergonomiczne uchwyty z hamulcami;
17. kolor ramy – srebrny metalik;
18. antybakteryjne siedzisko i oparcie.

- Ciśnieniomierz stacjonarny - szt. 1:

1. pamięć pomiaru co najmniej 2 użytkowników;
2. zakres pomiaru: ciśnienie min. 30-280 mmHg; tętno min. 40-199 uderzeń na minutę;
3. wyświetlacz LCD;
4. dokładność ciśnienia min. +/-5%;
5. zasilanie bateryjne i sieciowe;
6. automatyczny.

- Maska twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego - szt. 26:

Maska silikonowa, zapakowana w bezpieczny do przechowywania pojemnik.

Rozmiary:

Nr 0 - szt. 2;

Nr 1 - szt. 2;

Nr 2 - szt. 10;

Nr 3 - szt. 10;

Nr 4 - szt. 2.

- Otoskop światłowodowy z bezobsługowym oświetleniem LED - szt. 6:

1. transmisja jasnego (białego) światła;
2. min. 3-krotne powiększenie obiektywu obrotowego;
3. żarówka LED;
4. wytrzymałość diody LED (min. 50.000 godzin pracy);
5. oświetlenie pozwalające na nieprzerwaną pracę min. 10 godzin;
6. zasilanie bateryjne.

- Pulsoksymetr napalcowy - szt. 7:

1. przeznaczony dla dorosłych i dzieci;
2. pomiar SpO2;
3. wyświetlacz;
4. klipsowy na palec;
5. funkcja automatycznego wyłączenia się.

- Skaner naczyń krwionośnych - szt. 1:

1. lokalizacja żył powierzchniowych;
2. wbudowany ekran;
3. rejestracja naczyń powierzchniowych w czasie rzeczywistym;
4. różne tryby pracy;
5. min. 5-kolorów;
6. min. 4 poziomów jasności;
7. wbudowany akumulator umożliwiający użytkowanie niezależne od zasilania sieciowego;
8. ładowarka stacjonarna;
9. bateria litowo-jonowa;
10. czas pracy do min. 180 min. przy pełnym naładowaniu z włączonym podświetleniem żył;

11. czas ładowania: max. 3 godziny;
12. cyfrowy.
- Termometr bezdotykowy - szt. 8:
  1. elektroniczny;
  2. bezkontaktowy;
  3. zakres pomiaru temp. ciała: min. od 32oC do 43 oC;
  4. podświetlany wyświetlacz.
- Elektroniczna waga niemowlęca - szt. 1:
  1. nośność: min. 20 kg;
  2. podziałka: min. 5 g max.10 g < 10 kg > min. 10 g max. 20 g;
  3. funkcje min.: TARA, HOLD, BMIF;
  4. wyświetlacz LCD;
  5. automatyczne wyłączenie;
  6. zasilanie bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie).
- Elektrokardiograf - szt. 2:
  1. przenośny;
  2. aparat min. 12-kanałowy;
  3. wyświetlacz;
  4. klawiatura;
  5. możliwość przesyłania wyników w standardzie HL7 poprzez sieć internet;
  6. urządzenie pozwala wykonać badanie EKG automatycznie oraz manualnie;
  7. drukowanie wybranej grupy;
  8. regulacja długości zapisu;
  9. umożliwiający zmianę ilości odprowadzeni;
  10. wyposażenie:
    - kabel do EKG KEKG,
    - elektrody przyssawkowe – 2 komplety,
    - elektrody kończynowe klipsowe – 2 komplety,
    - żel EKG 250g,
  11. walizka na sprzęt medyczny;
  12. umożliwiający wykonanie do min. 130 badań w trybie pracy akumulatorowej;
  13. wydruk w trybie: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy;
  14. kabel uziemiający w zestawie.
- Bilirubinomet - miernik żółtaczki dla noworodków - szt. 1:
  1. zasilanie za pomocą baterii lub za pomocą akumulatora;
  2. zakres pomiarowy od min. 0.0 mg/dl do 30.0 mg/dl;
  3. dokładność – nie gorsza niż 1,0 mg/dl dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/dl dla wartości bilirubiny powyżej normy;
  4. czas pomiaru max. 10 sekund;
  5. wyposażony w wyświetlacz LCD, baterie.
- Przewijak dla dzieci - szt. 2:
  1. przeznaczony do zabiegów pielęgnacyjnych;
  2. blat stolika zabezpieczony z trzech stron miękkim materiałem umożliwiającym dezynfekcję, wyposażony w wyjmowany materac;
  3. stelaż wykonany z wytrzymałych rur stalowych;
  4. wysokość całkowita: od min. 79cm do max. 91cm;
  5. szerokość blatu: od min. 80 cm do max. 100cm;
  6. głębokość całkowita blatu: od min. 65cm do max. 75 cm.
- Torba lekarza + wyposażenie, duża - szt. 3:
  1. pas nośny odpinany, regulowany z naramiennikiem;
  2. uszy spinane rączką;
  3. wnętrze torby wyposażone w przegrody i kieszenie;
  4. boczne kieszenie;
  5. min. 5 kieszonek w głównej komorze zamykanych na gumki;

6. na kłapie min. 2 kieszenie zamykane na suwak;
7. min. 2 boczne kieszenie, w których znajdują się przegrody segregacyjne zamykane na zamek;
8. wyposażona w ruchome ampularium (min. 14 dużych i min. 22 małe ampułki);
9. dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi stopkami;
10. oznakowanie krzyż św. Andrzeja i taśma odblaskowa biała;
11. pojemność: min. 30 litrów;
12. ciężar: do 1 kg;
13. kolory: czerwony.

- Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości z podpórką odchylaną - szt. 2:

1. min. podwójna regulacja wysokości;
2. podpórka odchylana;
3. miękki uchwyt;
4. min. dwa odblaski;
5. nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową;
6. anodowane aluminium;
7. waga do max. 0,60 kg;
8. masa użytkownika do min. 130 kg.

- Stojak na kule - szt. 2:

1. stojak powinien pomieścić 25 szt. lasek/kul;
2. wykonany ze stali, malowany epoksydowo.

- Przewijak pielęgnacyjny - szt. 1:

1. przeznaczony do pielęgnacji pacjentów wymagających szczególnej opieki;
2. hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości;
3. koła z hamulcami lub antypoślizgowe stopki;
4. dane techniczne:

- ~ długość: 200 cm (+/- 10 cm),
- ~ wysokość regulowana: zakres regulacji min.: 49-90 cm,
- ~ szerokość stołu: 95-120 cm,
- ~ waga pacjenta – do min. 300 kg.

Ze względu na ogr. ilość znaków cd w sekcji Informacje dodatkowe oraz w sekcji Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **9.1. Informacje dodatkowe**

Przed zmianą:

I. 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.

W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1-5: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)(Zad. 1-5).

IV. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy Pzp tylko w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia z postępowania.

V. Ze względu na ogr. ilość znaków Zamawiający podaje pełną nazwę zamówienia:

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 2:

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 3:

Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 4:

Wyposażenie poczekalni w krzesła z podłokietnikami;

Zadanie nr 5:

Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny;

realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

VI. cd sekcji - Przedmiot zamówienia (Zad. 5):

Przenośny ULTRASONOGRAF szt. 1:

1. urządzenie wyposażone w 3 głowice: convex, endo, rektalna;

2. programy do badań specjalistycznych:

- funkcja obrazowania doplera pulsacyjnego (daje możliwość pomiaru prędkości i kierunku przepływu krwi w naczyniach),

- programy do badań specjalistycznych: jamy brzusznej, echo serca, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, kardiologiczne i naczyniowe;

3. monitor LCD – min. 15 cali;

4. waga ułatwiająca mobilność – max. 8 kg;

5. interfejs w języku polskim;

6. pamięć wewnętrzna ponad 5000 badań;

7. wydruk badań na drukarce i videoprinterze;

8. zapis badań na pen-drive i komputerze Pc;

9. wymiary 33cmx32cmx25cm (+/- 5cm);

10. dopler kolorowy;

11. wbudowana bateria (czas pracy min. 4 godziny);

12. kabel zasilający;

13. podświetlana klawiatura;

14. uchwyt do mocowania głowicy i żelu;

15. możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (głowic).

VII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania – Zadanie od nr 1 do nr 5. Wykonawca może złożyć jedna ofertę na jedno lub więcej zadań. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego zadania.

VIII. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru (odpowiednio dla każdego zadania od nr 1 do nr 5).

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

IX. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Użytkownikami sprzętu będącego przedmiotem zamówienia będą również osoby niepełnosprawne.

X. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 42-440

Ogrodzieniec Plac Wolności 23.

XI. Obowiązki Wykonawcy zw. z realizacją zamówienia okr. także zał. do SWZ projektowane postanowienia umowy (Zad.1-5).

Po zmianie:

I. 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.

W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1-5: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)(Zad. 1-5).

IV. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy Pzp tylko w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia z postępowania.

V. Ze względu na ogr. ilość znaków Zamawiający podaje pełną nazwę zamówienia:

Zadanie nr 1:

Doposażenie gabinetu w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 2:

Doposażenie gabinetu ginekologicznego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 3:

Doposażenie gabinetu zabiegowego w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności;

Zadanie nr 4:

Wyposażenie poczekalni w krzesła z podłokietnikami;

Zadanie nr 5:

Doposażenie gabinetów w brakujący sprzęt medyczny; realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzrost dostępności placówki SPZOZ w Ogrodzieńcu dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

VI. cd sekcji - Przedmiot zamówienia (Zad. 5):

Przenośny ULTRASONOGRAF szt.1:

1. urządzenie wyposażone w 3 głowice: convex, endo, rektalna;

2. programy do badań specjalistycznych:

- funkcja obrazowania doplera pulsacyjnego (daje możliwość pomiaru prędkości i kierunku przepływu krwi w naczyniach),

- programy do badań specjalistycznych: jamy brzusznej, echo serca, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, kardiologiczne i naczyniowe;

3. monitor LCD – min. 12,1 cali;

4. waga ułatwiająca mobilność – max. 8 kg;

5. interfejs w języku polskim;

6. pamięć wewnętrzna ponad 5000 badań;

7. wydruk badań na drukarce i videoprinterze;

8. zapis badań na pen-drive i komputerze Pc;
9. wymiary 33cmx32cmx25cm (+/- 5cm);
10. dopler kolorowy;
11. wbudowana bateria (czas pracy min. 4 godziny);
12. kabel zasilający;
13. podświetlana klawiatura;
14. uchwyt do mocowania głowicy i żelu;
15. możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (głowic).

VII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania – Zadanie od nr 1 do nr 5. Wykonawca może złożyć jedna ofertę na jedno lub więcej zadań. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego zadania.

VIII. Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru (odpowiednio dla każdego zadania od nr 1 do nr 5).

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

IX. Przedmiot zamówienia uwzględnienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Użytkownikami sprzętu będącego przedmiotem zamówienia będą również osoby niepełnosprawne.

X. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 42-440 Ogrodzieniec Plac Wolności 23.

XI. Obowiązki Wykonawcy zw. z realizacją zamówienia okr. także zał. do SWZ projektowane postanowienia umowy (Zad.1-5).

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2021-10-18 10:00

Po zmianie:

2021-10-21 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2021-10-18 10:30

Po zmianie:

2021-10-21 10:30